

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Dari hasil percobaan tersebut tidak bisa digolongkan suara paru-paru normal atau abnormal.
- b. Semakin di kuatkan maka output yang dihasilkan akan semakin besar.

5.2 Saran

- a. *Electrets condenser microphone* yang digunakan hendaknya memiliki frekuensi yang lebih lebih rendah lagi dibawah 20 Hz.
- b. Dengan dilakukan proses auskultasi dengan satu stetoskop, diharapkan dilanjutkan dengan akuisisi *multichannel*.
- c. Untuk pengamatan auskultasi secara langsung dapat dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan dokter.